

URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

BIURO ADMINISTRACJI

Warszawa, 28 września 2020 r.

BA.WZP.26.30.2020.5

Wykonawcy

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Dostawa 2 sztuk analizatorów widma**” - sprawa BA.WZP.26.30.2020

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający odpowiada na pytania zadane przez wykonawców do SIWZ oraz zmienia treść SIWZ:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty w formie dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zgodnie z SIWZ ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności, formie pisemnej.

Pytanie 2:


Jak należy rozumieć, wymóg „możliwość pracy w trybie RTC”? Czy chodzi o funkcjonalność analizatora widma czasu rzeczywistego?

Odpowiedź

Tak. Zamawiający wymaga funkcjonalności pracy w trybie analizatora czasu rzeczywistego.

Z poważaniem
Dyrektor Biura
Administracji

Barbara Jamróż



3
4
5
9
4
6
4
0
0
0
0
0