

URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

BIURO ADMINISTRACJI

Warszawa, 5 listopada 2020 r.

BA.WZP.26.43.2020.4

Wykonawcy

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę testera radiokomunikacyjnego” – sprawa nr BA.WZP.26.43.2020.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający przekazuje poniżej treść pytań dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia [SIWZ] wraz z udzielonymi wyjaśnieniami:

Pytanie 1:

W obliczu obecnej sytuacji epidemiologicznej i brakiem możliwości dostawy funkcjonalności Analizy Sygnału wraz z Pomiarem BER, wnosimy o możliwość zaoferowania testera bez podanej funkcjonalności.

Odpowiedź:

Zamawiający zgadza się na możliwość zaoferowania testera radiokomunikacyjnego bez funkcji pomiaru BER.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, w związku z udzieloną odpowiedzią, zmianie ulega wiersz „Analiza sygnałów” w Załączniku nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu umowy:

Było:

Analiza sygnałów	Rozbudowana analiza sygnałów modulowanych analogowo i cyfrowo, co najmniej: Analiza konstelacji IQ, Pomiar BER
------------------	--

Jest:

Analiza sygnałów	Rozbudowana analiza sygnałów modulowanych analogowo i cyfrowo, co najmniej: Analiza konstelacji IQ
------------------	--



Pytanie 2:

Wymagania na tester nie określają sposobu komunikacji testera z innymi przyrządami pomiarowymi i urządzeniami testowanymi.

Czy Zamawiający wymaga portów komunikacyjnych innych niż LAN?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga wyposażenia testera radiokomunikacyjnego w porty (interfejsy) LAN i GPIB.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, w związku z udzieloną odpowiedzią, zmianie ulega Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu umowy, poprzez dodanie do tabeli zawierającej minimalne wymagania dla testera radiokomunikacyjnego wiersza o następującej treści:

Porty (interfejsy) komunikacyjne	LAN, GPIB
----------------------------------	-----------

Z poważaniem
Dyrektor Biura
Administracji

Barbara Jamróż