

URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

BIURO ADMINISTRACJI

Warszawa, 18 czerwca 2021 r.

BA.WZP.26.14.2021.9

Wykonawcy

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na „Zakup i dostawa 11 szt. analizatorów widma o zakresie pomiarowym do 8 GHz”. Sprawa nr BA.WZP.26.14.2021.

Działając na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający przekazuje poniżej treść pytań dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia [SWZ] wraz z udzielonymi wyjaśnieniami:

Pytanie: Czy Zamawiający dopuszcza analizator z niepewnością pomiaru $\leq 1,8$ dB?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający wymaga niepewności pomiaru $\leq 1,5$ dB w zakresie pomiarowym 10 MHz – 8 GHz.

Z poważaniem
Dyrektor Biura
Administracji

Barbara Jamróż

