Warszawa, dnia 7 czerwca 2018 r.

Sprawa numer: BAK.WZP.26.6.2018.7

Wykonawcy

W związku z otrzymanymi od Wykonawców pytaniami, Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1:
„Czy Zamawiający dopuści analizator tylko z gniazdem interfejsu USB?"

Odpowiedź 1:
Nie, Zamawiający wymaga interfejsu LAN.

Pytanie 2:
„Czy Zamawiający dopuści analizator z zewnętrzną baterią która umożliwia pracę urządzenia do 4 godzin, oraz czasem pracy baterii podstawowej na 2 godziny?"

Odpowiedź 2:
Nie, Zamawiający wymaga integralnej budowy przyrządu.

Pytanie 3:
„Czy Zamawiający dopuści wyświetlacz o przekątnej 4,3 cala i rozdzielczości 800x430?"

Odpowiedź 3:
Nie, Zamawiający wymaga wyświetlacza o przekątnej min. 6 cali, może być o rozdzielczości 800x430 dostosowanej do wyświetlacza panoramicznego.

Pytanie 4:
„Czy Zamawiający dopuści urządzenie które posiada wejście oraz możliwość zapisu danych na kartach micro SD?"

Odpowiedź 4:
Tak, rozmiar karty SD nie ma znaczenia.